



*Zamówienie współfinansowane ze środków –Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości*

Ostrowiec Św. 16-04-2018r.

## Zapytanie ofertowe

### I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Bodzechów

ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

NIP: 661-16-67-096, REGON: 291009998

### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa tj.:

- defibrylatora- 2 szt.
- deski ortopedycznej – 1 szt.
- średniego zestawu do ratownictwa drogowego- 1 zestaw.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Defibrylator:

- szczelność: odporność na strumień wody zgodnie z IEC60529 lub równoważne
- temperatura pracy/gotowości: 0-50 °C
- zasilanie: bateria litowa min.: 18V, 0,8 Ah, ważność baterii min. 48 miesięcy
- instrukcje głosowe w języku polskim
- max. waga 1,5 kg

Deska ortopedyczna:

- wykonana z tworzywa sztucznego
- powierzchnia łatwo zmywalna
- wyposażona w: pasy zabezpieczające montowane obrotowo, poduszki do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego, uchwyty transportowe

Średni zestaw do ratownictwa drogowego składający się z:

- 1) agregatu hydraulicznego (1szt.) – do jednoczesnego zasilania min. 2 narzędzi hydraulicznych, pojemność zbiornika oleju min. 4 litry, funkcja turbo, max. waga 30 kg
- 2) rozpieracza ramieniowego (1 szt.) - siła rozpierania PN-EN 13204 min. 49 kN lub równoważne, rozwarcie ramion min. 710 mm, przewody przyłączeniowe zabezpieczone stalową sprężyną, max. waga 20 kg
- 3) nożyc hydraulicznych (1 szt.)- siła cięcia min. 680 kN, rozwarcie ostrzy min. 160 mm, przewody przyłączeniowe zabezpieczone stalową sprężyną, max. waga 15 kg
- 4) węża zasilającego o długość 10m (2 szt.)

- 5) rozpieracza cylindrycznego (1 szt.)- długość początkowa max 75 cm, długość po rozłożeniu min. 125 cm, siła rozpierania min. 135 kN, , przewody przyłączeniowe zabezpieczone stalową sprężyną, max. waga 17 kg

Miejsce dostawy (na koszt Dostawcy)- siedziba Urzędu Gminy Bodzechów (ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski)

Termin płatności: 7 dni przelewem

### III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 23.05.2018 r.

### IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

- być opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, **cenę (netto i brutto) całości przedmiotu zamówienia** oraz poszczególnych sprzętów
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę
- zawierać opis poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia tj. defibrylatora, deski ortopedycznej, średniego zestawu do ratownictwa drogowego

### V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: przetargi@ugb.pl, faksu na nr: 41 265 54 40, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski do dnia 24-04-2018r. do godziny 10:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

### VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: Cena 100%.

WÓJT GMINY

Jerzy Murzyn